

〒669-4264

兵庫県丹波市春日町松森218-1

株式会社 コスモライフ 様

環境計量証明事業登録福岡県濃度第39号
建築物飲料水水質検査業登録福岡県水第46号

株式会社 CRC食品環境衛生研究所
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目番6号
TEL:092-623-2211 FAX:092-623-2212

検査成績書

ご依頼されました試料の検査結果は下記の通りです。

試料名	日田(原水)			採取時刻	--		
受入年月日	2022年2月14日			気温	--		
採取年月日	****			水温	--		
天候	--			採取者	****		
採取者	****				****		
検査項目	結果	単位	測定方法	検査項目	結果	単位	測定方法
放射性ヨウ素(ヨウ素 131)	0.6未満	Bq/kg	ゲルマニウム半導体検出器法				
放射性セシウム(セシウム 134)	0.6未満	Bq/kg	ゲルマニウム半導体検出器法				
放射性セシウム(セシウム 137)	0.7未満	Bq/kg	ゲルマニウム半導体検出器法				
以下余白							
備考							
緊急時における食品の放射能測定マニュアル(平成14年3月 厚生労働省医薬品局食品保健部監視安全課)第2章 2 ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法							
・測定結果は試料採取日の濃度に補正した値です。							
・検出下限値は、測定器が検出可能な最小濃度です。							